

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PosiTest detector holiday de pulso de alto voltaje 35kV

* Basado en las recomendaciones de NACE SP0274-2011.

Categoría: Fallas de recubrimiento

SKU: BLUE-KITHHD

Modelo: Por confirmar



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloPor confirmar

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-KITHHD

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

* Basado en las recomendaciones de NACE SP0274-2011. Normas aplicables: AS 3894.1, ASTM D4787, ASTM D5162, ASTM G62, ISO 29601, NACE SP0274, NACE SP0188, NACE SP0490. En Bluemetric tenemos una variedad de Detectores de Porosidad que te ayudarán a realizar profesionalmente los trabajos en in situ. Basta con dar clic sobre el botón cotizar e inmediatamente estaremos respondiendo a tu solicitud de información. También contamos con expertos en la materia que te ayudarán a resolver cualquier tipo de dudas sobre su uso, calibración o medición. ¡Contáctenos ya!

RANGORango de espesor de recubrimientoHasta 20 mm (780 mils) *	EXACTITUD±5%	RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA0.5 - 35 kV
--	--------------	---------------------------------------

1 Especificaciones técnicas

Rango de voltaje de salida	0.5 - 35 kV
Ajuste de voltaje de salida	0.5 kV - 1 kV: pasos de 10 voltios 1 kV - 35 kV: pasos de 100 voltios
Precisión de salida	±5%
Duración del pulso	10 µs
Tasa de repetición de pulso	30 Hz
Rango de espesor de recubrimiento	Hasta 20 mm (780 mils) *
Duración típica de la batería	Basado en voltaje y carga seleccionados Resorte de 12 " Ø @ 10kV, 40 hrs. Resorte de 40 "Ø @ a 10kV, 30 hrs.
Temperatura de funcionamiento	20° a 60°C (-4° a 140°F)

2 Normas y estándares aplicables

ASTM D4787

ASTM D5162

ASTM G62

ISO 29601

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).