FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sensor de oxígeno (O_2) de reemplazo

Sensor de reemplazo de oxígeno (O_2) para los explosímetros Gas Alert Max XT II.

Categoría: **Explosímetros** | SKU: **BLUE-SRX10C1** | Modelo: **SRX10C1**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**SRX10C1**
Marca	**Honeywell**
SKU	**BLUE-SRX10C1**

- Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Sensor de reemplazo de oxígeno para mantener en servicio los detectores Gas Alert Max XT II. Los sensores electroquímicos tienen vida útil limitada y se agotan aunque el equipo no se use, así que sustituirlos a tiempo es lo que garantiza que el detector siga avisando cuando debe. Este componente se integra directamente en el equipo, sin más ajuste que la calibración posterior que pide el fabricante.

GAS	TIPO	COMPATIBLE CON
oxígeno (O_2)	**Sensor de reemplazo**	**Gas Alert Max XT II**

1 Especificaciones técnicas

Gas detectado	oxígeno (O_2)
Tipo de componente	Sensor de reemplazo para detector portátil
Equipos compatibles	Gas Alert Max XT II
Instalación	Integración directa en el equipo, con calibración posterior según indique el fabricante

2 Aplicaciones industriales

Entrada a espacios confinados · Higiene y seguridad industrial · Petróleo y gas · Plantas de tratamiento · Mantenimiento industrial

3 Accesorios y contenido del empaque

- ✓ **Sensor de O_2**
  Componente de reemplazo.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: La ficha del fabricante adjunta en WordPress describe la compatibilidad del sensor pero no publica rango de medición, resolución ni vida útil. Esos datos, junto con el procedimiento de calibración tras el cambio, deben solicitarse al proveedor; en un equipo de seguridad personal no conviene publicarlos de memoria. Pendiente de contrastar con la edición vigente del fabricante antes de publicarse como ficha definitiva. **Fuente:** Ficha técnica del sensor de reemplazo adjunta en WordPress.