

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Cinta para prueba de adherencia 51596, 90 yardas

Cinta de fuerza controlada para ensayo de adherencia de recubrimientos conforme a ASTM D3359.

Categoría: Adherencias

SKU: BLUE-51596

Modelo: 51596



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo51596

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-51596

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Esta cinta es el consumible del ensayo de adherencia por corte en cuadrícula: se aplica sobre los cortes hechos en el recubrimiento y se desprende de un tirón, y la cantidad de recubrimiento que levanta determina el grado de adherencia. Lo que la distingue de una cinta común es la fuerza de desprendimiento controlada, sin la cual el resultado no sería comparable entre ensayos. Cumple con la norma ASTM D3359 y viene en rollo de 90 yardas, suficiente para múltiples pruebas.

NORMA	LONGITUD	CARACTERÍSTICA
ASTM D3359	90 yardas	Fuerza controlada

1 Especificaciones técnicas

Uso	Ensayo de adherencia de recubrimientos por corte en cuadrícula
Norma	ASTM D3359
Longitud del rollo	90 yardas
Característica distintiva	Fuerza de desprendimiento controlada, a diferencia de una cinta masking común
Rendimiento	Alcanza para múltiples pruebas

2 Normas y estándares aplicables

ASTM D3359

3 Aplicaciones industriales

Inspección de recubrimientos

Control de calidad de pintura

Obra naval

Estructuras de acero

Laboratorio de recubrimientos

4 Accesorios y contenido del empaque

✓ Rollo de cinta de 90 yardas

Consumible para ensayo de adherencia.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: La ficha del fabricante señala que el comité ASTM tenía bajo consideración la cinta LA-26 de Interpolymer Group, de características similares a la Permacel 99, y que esa es la que surten los distribuidores mientras no haya decisión formal. Conviene confirmar con el proveedor qué cinta se está entregando y que el certificado acompañe el lote. Pendiente de contrastar con la edición vigente del fabricante antes de publicarse como ficha definitiva. **Fuente:** Ficha técnica de la cinta 51596 para prueba de adherencia adjunta en WordPress.