FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Pirómetro infrarrojo rango de -50 °c a 1000 °c

Manual Rango de Medición: -50 °C ~ 1000 °C (-58 °F ~ 1832 °F) Resolución: 0.1° C/°F Exactitud Básica: ± 1.5% de lectura.

Categoría: **Pirómetros infrarrojos** | SKU: **BLUE-DT8839** | Modelo: **DT8839**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**DT8839**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-DT8839**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Mide superficies mas pequeñas a distancias mas grandes Rango de Medición -50 °C ~ 1000 °C (-58 °F ~ 1832 °F)

RANGO	EXACTITUD	TIEMPO DE RESPUESTA
(-58 °F ~ 1832 °F)	**± 1.5% de lectura**	**Menos de 1 segundo**

1 Especificaciones técnicas

Rango de Medición -50 °C ~ 1000 °C	(-58 °F ~ 1832 °F)
Tiempo de Respuesta	Menos de 1 segundo
Resolución	0.1° C/°F
Exactitud Básica	± 1.5% de lectura
Resolución Óptica	Distancia para marcar 50.1
Emisividad	Ajustado en 0.10~1.0

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).